



طرح عطاء رقم T3-2025

Ultrasound System For Gynecology Application

شراء جهاز طبي

جمعية بيت لحم العربية للتأهيل

(مستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة)

حزيران - 2025م

جمعية بيت لحم العربية للتأهيل (مستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة)
دائرة المشتريات

دعوة لتقديم عطاءات

عطاء رقم: T3-2025

موضوع العطاء: شراء جهاز طبي (Ultrasound System For Gynecology Application)

1. تدعو جمعية بيت لحم العربية للتأهيل / دائرة المشتريات / أصحاب الاختصاص والمسجلين رسمياً وراغبين بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظروف المختوم لعطاء المذكورة أعلاه.
2. تقدم الأسعار بالشيكول وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب وتشمل التوريد، التوصيل، التركيب والتشغيل.
3. يتم الحصول على الوثائق المتعلقة بالعطاء من خلال زيارة الموقع الإلكتروني <https://basr.org/eng/rft> أم من خلال زيارة دائرة المشتريات في مقر الجمعية
- العربية للتأهيل (بيت جالا-كريمزان) خلال ساعات العمل الرسمية من ساعة 8:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً من بداية تاريخ 2025/06/19
4. تدفع رسوم العطاء والبالغ قيمتها (500) شيكل غير مستردة وتسدّد عند تسليم نسخة العطاءات.
5. يجب أن يتم تسليم العطاء في مقر الجمعية بدائرة المشتريات في موعد أقصاه الساعة 2:00 عصراً من يوم الاثنين الموافق 30/06/2025
6. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد.
7. على المتقدم للعطاء ارفاق كفالة دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 5% من إجمالي قيمة العطاء.
8. ارفاق شهادة خلو ضريبي أو صورته عنها أو شهادة خصم ضريبي وأن يقدم شهادة تثبت أنه مشغول مرخص مع العطاء.
9. تحفظ جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بحق قبول أو رفض أي عرض دون ابداء أسباب.
10. تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق العطاء.
11. للاستفسار

استفسارات إدارية 0569972647

استفسارات فنية 0592303043

بريد الكتروني: procurement@basr.org

جمعية بيت لحم العربية للتأهيل
(مستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة)

قسم المشتريات

❖ بيانات خاصة بالشركة:

- اسم الشركة /.....
- رقم الهاتف /..... الفاكس /.....
- رقم الجوال /..... رقم مشغل مرخص /.....
- عنوان الشركة
- اسم صاحب الشركة /.....

جدول بيانات العطاء

الجهة المشتري	جمعية بيت لحم العربية للتأهيل -مستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة
عملة العطاء	الأسعار المقدمة يجب أن تكون بشيكل شاملة لضريبة القيمة المضافة 16%
لأغراض تسليم العطاء يتم اعتماد العنوان التالي	جمعية بيت لحم العربية للتأهيل (مستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة أ) لطابق الاول -قسم المشتريات رقم جوال: 0569972647
الموعد رسمية لبداءة العطاء	بتاريخ 2025/06/19
الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو	الوقت/ 2:00 عصرا بتاريخ 2025/06/30
مدة صلاحية العطاء	120 يوماً من آخر موعد لتسليم العطاء
كفالة دخول العطاء	على المتقدم للعطاء ارفاق كفالة دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي قيمة الكفالة: 5% من قيمة العطاء المقدم العملة: شيكل مدة صلاحية الكفالة: 90 يوم من تاريخ الفتح.
كفالة حسن التنفيذ	قيمة 10% من قيمة العقد سارية المفعول حتى انتهاء من التوريد
آلية التقييم	مطابقة العروض للشروط العامة والخاصة والمطابقة للمواصفات الفنية باعتماد معايير تقييم الفنية والمالية.
الفترة الزمنية التي يجب توقيع العقد خلالها	خلال 14 يوماً من تاريخ دخول الإحالة النهائية حيز التنفيذ
مدة التوريد	90 يوم كحد أقصى بعد إحالة العطاء
مكان التوريد	جمعية بيت لحم العربية للتأهيل (مستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة)
الدعم الفني	تقديم الدعم الفني للجهاز من الشركة الصانعة لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ توريد

الشروط العامة

1. عملة العطاء:

- على المتقدمين للعطاء تقديم العطاء بالعملة الشيكل.
- في حال تقدم للعطاء بعملة تختلف عن العملة المحددة في جدول بيانات المناقصة، سيتم اعتماد سعر صرف العملات حسب الأسعار المعلنة من سلطة النقد الفلسطينية في نفس تاريخ فتح العطاء وذلك لغايات تقييم العطاءات والمقارنة بينها.

2. فترة صلاحية العطاءات:

- تستمر صلاحية سريان العطاء بعد الموعد النهائي لتسليمه لمدة 120 يوم ويتم رفض أي عطاء فترة صلاحيته أقل.
- يحق لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل طلب تمديد فترة صلاحية العطاء قبل انتهاء مدة الصلاحية المحددة، ويجب أن يكون طلب التمديد والإجابة عليها خطياً.

3. كفالة دخول العطاء:

- يجب على المتقدم للعطاء أن يقدم مع عطائه كفالة دخول العطاء من حيث القيمة والمدة والعملة.
- لن يتم قبول أي عطاء لا يحتوي على كفالة دخول العطاء، حيث يعتبر مخالفاً للشروط القانونية.
- يتم إعادة كفالة دخول العطاء لمتقدمين التي لم تتم الترسية عليهم.
- تعاد كفالة دخول العطاء لمتقدم الذي تم الترسية عليه فور تقديمه كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد.
- يتم مصادرة كفالة دخول العطاء في الحالات التالية:

1. تعديل أو سحب العطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
2. رفض المتقدم للعطاء قيام اللجنة بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائه.
3. عدم توقيع المتقدم الفائز على العقد خلال المدة المعلنة في جدول بيانات العطاء.
4. عدم التزام المتقدم الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ خلال الوقت المحدد.

4. تعديل وثائق العطاء:

- يحق الجمعية العربية للتأهيل تعديل وثائق العطاء في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات عن طريق إصدار ملحق بها.
- أي ملحق يصدر عن قسم المشتريات /جمعية بيت لحم العربية للتأهيل يصبح جزءاً من وثائق العطاء ويتم نشره على الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية.
- يحق لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل وإذا تطلب الأمر تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وذلك لإعطائهم فرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار.

5. العطاءات البديلة (البدائل أو الخيارات):

يتم قبول العطاءات البديلة إلا إذا ورد غير ذلك في جدول بيانات العطاء.

6. الوثائق المطلوبة من المتقدم للعطاء والتي يجب إرفاقها مع العطاء:

- في حال كان المتقدم للعطاء شركة مسجلة يجب إرفاق صورة عن شهادة تسجيل الشركة.
- كذلك السيرة الذاتية للشركة.
- شهادة خلو طرف من الإدارة العامة لضريبة الدخل.

7. أسعار العطاءات والخصومات:

- في حال كانت اللوازم العامة المطلوبة قابلة للتجزئة على أكثر من مورد يحق لمقدم العطاء تقديم لأي من البنود المطلوبة أو لجميع البنود.
- في حال كانت اللوازم المطلوبة على شكل مجموعات (Lots) فعلى المتقدم تسعير كل بند من البنود الواردة في المجموعة الواحدة وفي حال عدم التقدم لأي بند من بنود المجموعة الواحدة يعتبر العطاء مخالف لشروط العطاء.
- في حال تقديم المتقدم للعطاء خصومات يجب أن تكون غير مشروطة وعلى المتقدم توضيح كيفية ومنهجية استخدامها في العطاء المقدم من قبله.
- يجب أن تكون الأسعار التي يقدمها المتقدم للعطاء ثابتة خلال تنفيذ العقد ولا تخضع لأي تعديل.

8. المستندات التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات المرتبطة بها:

- على المتقدم أن يقدم مع عطائه بطاقة تعريفية للسلع أو اللوازم المقدمة تشمل / شهادات بلد المنشأ، اسم الصانع، الاسم التجاري، الطراز ورقم الكتالوج.
- على المتقدم للعطاء أن يقدم مع عطائه الدلائل التي تؤكد مطابقة اللوازم المقدمة منه للمواصفات الفنية المذكورة في وثائق العطاء نسخ من الكتالوجات الخاصة بالأجهزة المطلوبة ورافقها مع العطاء.
- يجب أن تتضمن الدلائل التي يقدمها المتقدم للعطاء وصفاً مفصلاً للمواصفات الفنية والأدائية الأساسية للسلع واللوازم والخدمات المرتبطة بها بحيث يوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة وأن يقدم المتقدم تقريراً بالاختلافات والاستثناءات والانحرافات (إن وجدت) ويمكن أن تكون هذه الدلائل على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بيانات.
- على المتقدم تقديم لائحة بجميع التفاصيل المتعلقة باللوازم العامة في عطائه وللمدة الزمنية المطلوبة بما في ذلك الموارد المتاحة والأسعار الحالية لقطع الغيار والمعدات الخاصة الضرورية لاستمرار عمل الجهاز واللوازم بعد استخدامها من قبل الجمعية.

9. إجراءات تقديم واستلام العطاء:

- يجب أن تكون العطاءات المقدمة خطية وموقعة حسب الأصول وفي مظاريف مغلقة ومختومة ويتم تسليمها في مقر الجمعية العربية للتأهيل في قسم المشتريات وقبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العطاءات الوارد في جدول بيانات العطاء.
- لا يجوز للمتقدم أن يتقدم لأي عملية شراء بأكثر من عطاء واحد سواء كان بشكل مستقل أو بالائتلاف مع أطراف محلية أو أجنبية أو كليهما.
- على المتقدم للعطاء الراغب في سحب عطائه أو تعديله أو استبداله أن يقوم بذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات.
- إذا تقدم المتقدم للعطاء بطلب سحب عطائه أو تعديله أو استبداله بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات، تصدر كفالة دخول المناقصة.
- لن يتم قبول أي عطاء يتم تسليمه بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفي هذه الحالة يعتبر متأخراً ويتم رفضه وإرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.

- للجمعية بيت لحم العربية للتأهيل الحق بتمديد الموعد النهائي لاستلام العطاءات عن طريق تعديل جدول بيانات العطاء، وفي هذه الحالة تمدد حقوق وواجبات الجمعية والمتقدم للعطاء وفقاً للموعد الجديد.

10. سحب وتبديل وتعديل العطاءات:

للمتقدم للعطاء الحق بسحب أو استبدال أو تعديل العطاء بعد تسليمه عن طريق إرسال مذكرة مكتوبة تتضمن الحالة المطلوبة على أن تكون المذكرة موقعة من شخص مفوض وأن تكون مصحوبة بنسخة من التفويض وأن تصل إلى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل قسم المشتريات قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وإلا لن يتم النظر فيها.

11. توضيح العطاءات بعد فتح المظاريف:

- يحق لجمعية بيت لحم وبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات، أن تطلب من المتقدم توضيح ما جاء بعطائه، ولا يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب بشكل خطي.
- يجب أن يكون طلب التوضيح والإجابة عليه خطياً، ولا يسمح بطلب أو تقديم أو السماح بتغيير الأسعار إلا إذا كان ذلك لتأكيد تصحيح خطأ حسابي يتم اكتشافه خلال عملية التقييم.

12. السرية ومحاولة التأثير:

- لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل المتقدمين للعطاء وتوصية إحالة العطاء للمتقدمين أو أي شخص آخر ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى تعلن نتائجها إلى المتقدمين للعطاء.
- أي محاولة من قبل المتقدم للعطاء للتأثير أو محاولة الحصول على أي من المعلومات أثناء عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإحالة العطاء تسبب في استبعاد العطاء المقدم منه.
- على المتقدم أن يخاطب جمعية بيت لحم العربية للتأهيل / قسم المشتريات خطياً أو عن طريق البريد الإلكتروني فقط في حالة أراد الاتصال بها بشأن يتعلق بالعطاء، في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالتها.

13. تصحيح الأخطاء الحسابية:

- تقوم لجنة تقييم العطاء بتصحيح أية أخطاء حسابية ترد في جدول الكميات ومن ثم إبلاغ المناقص المعني بذلك التصحيح، وإذا رفض المناقص ذلك التصحيح، يرفض عطاؤه وتصادر كفالة دخول المناقصة الخاصة به.
- إذا وجد أن هناك فرقاً بين سعر الوحدة المحدد بالأرقام والسعر المحدد بالكلمات، يؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات.

14. حالات استبعاد العطاء:

يستبعد العطاء في أي من الحالات الآتية

- إذا لم يكن العطاء مكتملاً أو غير موقع حسب الأصول والقانون أو غير مصحوب بكفالة دخول المناقصة من حيث القيمة والمدة والعملة المنصوص عليها.
- إذا لم يستجب بشكل جوهري للمواصفات الفنية وشروط العطاء أو غير ذلك من المتطلبات الهامة الواردة في وثائق العطاء.

- إذا كانت مدة صلاحية العطاء أقل من المدة المنصوص عليها في شروط ووثائق العطاء.
- إذا عدل المناقص سعره أو مضمون عطائه في حال طلبت لجنة التقييم منه تقديم إيضاحات خطية حول ما ورد في العطاء خلال عملية الفحص والتقييم.

15. رفض العطاءات كافة وإلغاء العطاء:

- يحق لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل إلغاء العطاء في أي وقت قبل فتح المظاريف.
- يحق لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل بعد فتح العطاء وقبل صدور الإحالة النهائية للمناقص الفائز رفض العطاءات كافة وإبلاغ جميع المتقدمين بذلك في أي من الحالات الآتية:
 - إذا أصبح موضوع الشراء غير لازم.
 - إذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.
 - إذا أصبح من الضروري لاعتبارات المصلحة العامة تعديل المواصفات أو الجوانب الفنية لشروط العقد.
 - إذا تبين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون الأخذ بالاعتبار بنود أو أصناف أقل تكلفة ومعادلة وظيفياً بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق العطاء، أو التي تحول دون النظر في جميع عناصر التكلفة أثناء عملية التقييم.
 - إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط.
- إذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة الأقل أعلى كثيراً من السعر التقديري.

16. كفالة حسن التنفيذ:

- على المتقدم للعطاء أن يقدم خلال الفترة المنصوص عليها في بلاغ الإحالة كفالة حسن التنفيذ (بقيمة 10% من قيمة الإحالة).
- يجب أن تكون هذه الكفالات على شكل كفالة بنكية مصدقة أو شيك بنكي مصدق وأن تكون بالقيمة والمدة المحددة في بلاغ الإحالة وأن يكون ساري حتى يتم التسليم.
- يعتبر الإخفاق في تأمين كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً لإلغاء الإحالة ومصادرة كفالة دخول العطاء وفي هذه الحالة يحق لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل أن تحيل العطاء على المناقص الأرخص التالي بشرط أن يكون مستجيب جوهرياً للشروط المطلوبة وتثبت قدرة صاحبه على تنفيذ بنود العقد.
- على المتقدم للعطاء تقديم كفالة ضمانات صيانة الأجهزة بقيمة 5% سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نهاية التسليم.

17. مصادرة كفالة حسن التنفيذ:

- يحق لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة مشتريه أخرى في حالة فسخ العقد.

18. توقيع العقد:

- يتم توقيع العقد بين جمعية بيت لحم العربية للتأهيل كجهة متعاقدة وبين من تمت الإحالة عليه كمتعاقدين في مدة أقصاها أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ دخول الإحالة النهائية حيز التنفيذ.
- يتم إرسال الاتفاقية الرسمية وشروط العقد للمتقدم للعطاء فور إرسال بلاغ الإحالة من قبل الجمعية.

- يصبح العقد نافذاً فور توقيعه، ويبدأ تنفيذ العقد من تاريخ إبلاغه بالإحالة النهائية خطياً ما لم يتم تحديد تاريخ آخر في العقد.

19. الدفعات المالية:

- تقوم الجهة المشترية بصرف الدفعات والمستحقات المالية للمتعاقدين طبقاً للشروط والمعززات الواردة في العقد ومتطلبات النظام المالي المتبعة.

20. تعديل العقد:

إذا اقتضت الضرورة لإجراء تعديل في مضمون العقد يتم التعديل ضمن الشروط التالية:

- أن يتم التعديل خلال فترة سريان العقد.
- أن يكون تعديل العقد خطياً وبرضا الطرفين.
- أن لا يؤدي هذا التعديل إلى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله.
- أن يكون تنفيذ التعديلات على العقد خاضعاً لتوفر الموازنات الضرورية لذلك.

21. إخلال المتعاقد بشروط العقد:

إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المشترية الحق في اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

- رفض التنفيذ المعيب أو الناقص.
- الإزالة والاستبدال الفوري للوازم المعيبة.
- فرض غرامات التأخير.
- فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد.

22. التأخر في تنفيذ العقد:

- إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد أو المواعيد المحددة في العقد جاز للجهة المتعاقدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس.

- في الحدود المنصوص عليها في العقد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى.
- تكون قيمة غرامة التأخير عن كل أسبوع بواقع (5%). من قيمة المواد غير الموردة ولا تزيد عن شهرين) بحيث لا تتجاوز النسبة العظمى للغرامة 10% من القيمة الكلية للعقد.

- يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعويض الكامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخره في الوفاء بالتزاماته.

23. فسخ العقد:

يحق للجهة المشترية فسخ العقد في أي من الحالات أو الأسباب التالية:

- بسبب فشل المورد في الوفاء بالتزاماته في تنفيذ العقد.

24. التقييم الفني والمالي

سيتم تقييم العطاءات المقدمة وفق آلية تقييم معتمدة تجمع بين الجوانب الفنية والمالية لضمان اختيار العرض الأكثر توافقاً مع احتياجات الجمعية، وذلك كما يلي:

أولاً: التقييم الفني (60%)

يخضع التقييم الفني لمعايير محددة يتم بناءً عليها احتساب العلامة الفنية لكل عطاء

يجب أن يحقق العرض الفني نسبة لا تقل عن (70%) من إجمالي العلامة الفنية للانتقال إلى مرحلة التقييم المالي.

معايير التقييم الفني موزعة كما يلي:

المعيار	الوزن النسبي	تفاصيل التقييم
مدى مطابقة الجهاز للمواصفات الفنية المطلوبة	30%	تطابق المواصفات التقنية الأساسية والفرعية
شهادات الجودة وشهادات الاعتماد (ISO, CE, FDA)	10%	وجود شهادات جودة معتمدة ومحدثة
خبرة الشركة في مجال الأجهزة الطبية	10%	عدد سنوات الخبرة والمشاريع المماثلة المنفذة
شروط وخدمات الضمان والصيانة والدعم الفني	10%	مدة الضمان، سرعة الاستجابة، توافر قطع الغيار

يجب على المورد تقديم جميع المستندات المؤيدة للنقاط أعلاه مع عرضه الفني (كتالوجات، شهادات رسمية، عقود تنفيذ سابق

ثانياً: التقييم المالي (40%)

يتم تقييم العطاءات المالية للعطاءات التي اجتازت التقييم الفني فقط

معايير التقييم المالي موزعة كما يلي:

المعيار	الوزن النسبي	تفاصيل التقييم
السعر الإجمالي شامل كافة التكاليف	30%	يشمل سعر الجهاز، التوريد، التركيب، التشغيل، والتدريب
شروط السداد	5%	مدى مرونة الدفع وجدول الدفعات
الخصومات والعروض الإضافية	5%	مثل الصيانة المجانية الإضافية أو التدريب المجاني

يتم استبعاد أي عرض مالي غير مكتمل أو يتضمن شروطاً مخالفة لشروط العطاء

- تحتفظ الجمعية بحق استبعاد العروض المالية ذات الأسعار المنخفضة بصورة غير منطقية مقارنة بالمتوسط العام للعروض.

الشروط خاصة:

1. التزامات المتعهد أو المورد:

- على المشترك أن يقدم عطاءه على النموذج الخاص فقط بهذه المناقصة والمرفق بهذه الشروط.
- على المشترك أن يكون مشتغلاً مرخصاً وأن يرفق لعطاءه شهادة تثبت ذلك.
- على المشترك أن يكون على علم بأن ما يقدمه من عرض سعر ملزم به حتى الانتهاء من التعاقد.
- على المشترك أن يرفق بعطاءه شهادة خلو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في وترفق مع العطاء.
- الإحالة على أساس البند ولجنة المشتريات الحق بالإحالة بالطريقة التي تراها مناسبة بما لا يخالف القانون.
- يحق للجنة المشتريات إلغاء العطاء إذا ارتأت اللجنة المكلفة ذلك.
- يجب على المشترك تحديد اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ للجهاز الذي يتقدم به في المناقصة مع إرفاق شهادات تثبت ذلك والكتالوج.
- في حال تخلف المشترك عن تقديم الخدمة للجنة المشتريات الحق المطلق في استخدام الكفالة البنكية أو الشيك البنكي المقدم من المشترك للشراء من المشترك الذي يليه وتغطية فروق الأسعار منها.
- على المتعهد الذي أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات توقيع العقد الخاص بقرار الإحالة وما يلحقها من أوراق ومستندات.
- يلتزم المتعهد من تاريخ استلامه لأمر التوريد بأن يقوم بتنفيذ التزاماته حسب الأصول.

2. الصيانة الدورية:

يلتزم الطرف الثاني بالاتفاق مع ممثل الجمعية في الموقع (الإدارة العامة للهندسة والصيانة) بترتيب أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات المشار إليها بالقائمة دون الإخلال بشروط وضوابط العمل اليومي لتنفيذ المهام التالية:

- فحص وتفقد الجهاز للتأكد من كفاءته التشغيلية حسب توصيات الشركة الصانعة بشكل دوري شهري.
- معايرة الجهاز حسب توصيات الشركة الصانعة وعمل الصيانة الدورية للتأكد من أنه يعمل وفق كفاءته المحددة من قبل الشركة الصانعة.
- استبدال وليس اصلاح قطع الغيار التالفة بأخرى جديدة حسب توصيات الشركة الصانعة لضمان حسن أداءها حسب مواصفات الشركة الصانعة.
- تلتزم الجمعية أو مندوبها بالموقع بالسماح لموظفي الشركة باستخدام كافة معدات الفحص والاختبار التي تم توريدها مع الجهاز من قبل الشركة الصانعة على أن تتعهد الشركة بإعادة كافة موجودات الجمعية في حالة سليمة بعد انتهاء عمليات الصيانة.
- يحق للطرف الثاني أن يقوم بصيانة الجهاز بالطريقة التي تراها مناسبة دون أدنى تدخل من قبل موظفي الجمعية.
- يتم توثيق كل جولة من جولات الصيانة الدورية بتقرير صيانة يتم التوقيع عليه من قبل مهندس الشركة ومهندس الوزارة ويعتمد من قبل إدارة المستشفى، ويتضمن وصفا بكافة الأعمال التي قام مهندسو الشركة وقطع الغيار التي تم استبدالها إن وجدت.
- منح الشركة فترة سماح تكون فيها الأجهزة في حالة تشغيل جزئي (صيانة دورية) ولمدة (14) يوما وتعتبر هذه المدة فترة سماح على مدار فترة التعاقد.

3. الصيانة الطارئة:

- في حال تعطل الجهاز بشكل طارئ يقوم ممثل الجمعية (الهندسة والصيانة) باتصال هاتفيا للاستعجال حيث أن تستقبل المكالمات على مدار 24 ساعة، ثم إبلاغ الشركة بالعطل على النموذج المحدد عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
- على الشركة أن ترسل مهندسها للموقع مباشرة للكشف عن الجهاز خلال (24) ساعة فقط من تاريخ تبليغها بالعطل وعلى اعتبار أن الجهاز موضوع الصيانة يعمل 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، تلتزم الشركة بالحفاظ على الجهاز في حالة تشغيلية على مدار فترة الضمان وهذا يمثل الوقت الذي يكون فيه الجهاز متاح للتشغيل بشكل كامل.
- تلتزم الشركة بالتواجد والقيام بعمل ما يلزم منها على أكمل وجه في حالة استدعائها من قبل ممثل الجمعية وفي حالة تخلف الشركة عن الاستجابة تعتبر فترة عطل الجهاز من مسؤوليتها ويتم تطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها.
- في حالة وجود ظرف طارئ أو قوه القاهرة تمنع وصول قطع الغيار إلى داخل مناطق السلطة الوطنية على الشركة مراسلة بكتاب يفيد ذلك مع إرفاق المستندات التي تثبت ما يدعى.

4. قطع الغيار:

- تلتزم الشركة باستبدال كافة قطع الغيار حسب توصيات الشركة الصانعة سواء خلال أعمال الصيانة الدورية أو الصيانة الطارئة وتقديم جدول يبين قطع الغيار المنوي استبدالها ومدة الاستبدال خلال 3 شهور و6 شهور وسنة على مدار التعاقد.
- تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار الصيانة الدورية في مستودعاتها واستخدامها عند اللزوم. على أن تكون قطع الغيار أصلية ويتم رصد القطع المستبدلة في تقارير الصيانة.
- تؤول كافة قطع الغيار المستبدلة إلى الشركة على أن تقوم باستلامها رسميا وتسليم مذكرة استلام بها لممثل الوزارة بالموقع.

- تلتزم الشركة بإيصال المهندسين والفنيين وقطع الغيار إلى الموقع على نفقتها وتكون مسؤولة بالكامل عن سلامة قطع الغيار لحين تركيبها وتشغيلها.

5. مرفقات العطاء مرفق رقم (1) مواصفات الجهاز

Technical Specification of Ultrasound System for Gynecology Application

1. The system should be State of the art with full Digital Technology with Broadband beam former & should be for gynecology applications including Abdominal, Ob/Gyn, Upgradable for other application Cardiac, Cerebrovascular, Peripheral Vascular, Musculoskeletal, Transcranial & Small Parts Imaging such as Breast, Thyroid, Testes, Intracavitary applications like Transvaginal & Transrectal, & Intraoperative applications. System should be upgradable fit the capability of Elastography and contrast imaging.
2. The broadband beamformer should be capable of simultaneously processing ultrasound signals from 1 MHz to 17 MHz.
3. The system should incorporate facility for High-resolution 2D. M Mode, PW, CW, Color Flow Imaging, Duplex, Triplex, Imaging modes. Should be capable of Dual Live display of grayscale reference image with color Doppler image.
4. System should have advanced Image Processing algorithms to analyze between targets and artifacts so as to sharpen target anatomy and reduce the speckle & artifacts for improved Image quality.
5. The system should have 256 Greyscales or more
6. The system should offer a scan depth up to 30 cm
7. The system shall have at least three universal transducer ports with electronic switching capability allowing any transducer to be connected to any port.
8. The system should support Convex, Linear, Sector, Volume, Matrix Array and static transducers. It should support volume imaging by freehand, mechanical, and electronic methods
9. The system should support multiple fully sampled live Volume Imaging, for both adult and pediatric imaging
10. All transducers should have Broad Bandwidth technology for extreme High Resolution 2D Imaging. The system should be able to capture all frequencies in a single Probe, without the need for user selection
11. The system should have a high dynamic range of 160 Db or more
12. The system should have facility for zoom (real-time and frozen image) and manipulation of Image through pre-processing and post processing with Cine loop viewing of Images of all modes
13. System should have Cineloop review facility in individual and mixed modes with memory up to minimum of 2000 images and 100 seconds of M Mode data.
14. The system should offer a very high frame rate up to 500 frames per second. The system shall be able to perform mechanical 4D acquisitions at 30 Volumes per second. Please specify
15. There should not be any reduction or change in pulsed Doppler PRF/scale when moving between duplex pulsed wave Doppler and simultaneous/triple modes. Also, system should offer automatic single button optimization of Doppler baseline and scale.
16. The system should have Harmonic Imaging for Tissues for hard to image patients. The system shall support Tissue Harmonic imaging capability on phased, linear, 3D and curved array transducers. Tissue Harmonic Imaging should be available in color flow imaging, M-Mode and 3D rendering modes.
17. System should be able to work in combined mode of Harmonic Imaging and Real time Compound Imaging to get excellent Image quality. The system shall offer Tissue Harmonic Imaging in Power Doppler imaging mode for improved sensitivity and specificity in differentiating blood / agent from tissue

18. System should offer real time extended field of view Imaging (Panoramic imaging) up to 100 cm with curved and linear transducers. All grayscale imaging must be capable of real time spatial Compounding during the panoramic imaging
19. The system shall quantitatively calibrate panoramic images, allowing the user to perform area, circumference, distance and curved-linear distance measurements.
20. The system shall support simultaneous display of volume and multiplanar reconstructed (MPR) views.
21. The system should have the in-built software tool for imaging MPR. Thick Slice, and slice plane views.
22. The system shall support full screen display of all 3D views including individual X, Y, Z MPR views and simultaneous display of thumbnail views on the same system display monitor.
23. Full Trim capability must be support: Oblique and linear trimming in the MPRs: Freehand trimming of the volume
24. The system should support a utility for the creation of user defined general imaging protocols and the editing of default general imaging protocols
 - a. Preset controls shall include gynecological exam, abdominal, carotid and lower extremity venous guides that following industry and accreditation guidelines.
25. The system should provide extensive measurement, calculation and analysis packages for Ob/Gyn, abdominal, small parts.
 - a. The system should have a flicker free high resolution TFT Flat panel display of a minimum of 20 inch with four-way articulation with a provision to adjust the height.
26. System should have Fully Articulating control panel including Height, swivel & slide Adjustments. Should have full alphanumeric keyboard with illuminated keys and status display.
 - a. The system should have a fast Boot up time of less than 150 seconds, which switched on from 'OFF' position, and also less than 60 seconds from 'STANDBY' position.
 - b. The system should have digital storage (at least 1 TB built in hard disc) and retrieval of B/w & color image data (both frozen and cine loops) on built in as well as removable media (CD, DVD & Magneto optical Disk). System must be able to export JPG and AVI file formats.
27. The system should be DICOM 3.0 ready with a facility for structured reporting for OB. GYN.
28. Equipment with above features to be offered with the following board bandwidth probes
 - a. Broadband Convex Array Transducer 2-5 MHz without need for frequency switching
 - b. Broadband Liner Transducer 5-17MHz without need for frequency switching
 - c. Broadband Transvaginal probe with frequency range between 5 to 9 MHz
29. The system should have the following Documentation Devices:
 - a. Black & White Thermal Printer with 10 printer rolls.
 - b. On-Line UPS of appropriate rating from a reputed brand
 - c. Color Laser Printer
 - d. Latest computer system with at least 1 Tb hard disc and 2 GB RAM for image storage/Transfer and reporting. 1000 DVDs data storage.
30. WARRANTY:
 - a. The complete system including the machine, equipment's & all accessories including computer system to be under warranty for 5 years. There after a comprehensive maintenance contract (including repair/replacement of the parts) of the complete system. All accessories, computers and printers and all other items supplied / installed should be offered for 5 years.
 - b. During warranty period all breakdowns must be attended to within 24 hours and repairs completed within 72 hours of reporting
31. RESPONSIBILITIES: During the period of warranty comprehensive maintenance contract the following will be the responsibilities of the firm.
 - a. Maintenance and replacement of the batteries of the UPS as and when necessary.



جمعية بيت لحم العربية للتأهيل
"المستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة"
Bethlehem Arab Society for Rehabilitation
"Specialized Rehabilitation and Surgery Hospital"

- b. To provide/refill/ replace cartridge used for the printer supplied.
- c. Up-gradation of software of main equipment, workstation, servers and supplied computers